



ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр аккредитации»
(государственное предприятие «БГЦА»)

THE ACCREDITATION BODY OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Republican Unitary Enterprise «Belarusian State Centre for Accreditation» (state enterprise «BSCA»)

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Регистрационный номер: ВУ/112 2.4808 от 03.06.2016 г.

подтверждает, что

испытательная лаборатория
ул. Блохина, 25а, 211440, г. Новополоцк, Витебская область
Новополоцкого коммунального унитарного предприятия
"Жилищно-ремонтная эксплуатационная организация"
ул. Молодежная, 102 А, 211447, г. Новополоцк, Витебская область

соответствует требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017, IDT)
и аккредитован(а) в области аккредитации, прилагаемой к настоящему
аттестату аккредитации и являющейся его неотъемлемой частью.

Срок действия

аттестата аккредитации: с 03 июня 2021 г. до 03 июня 2026 г.

г. Минск

28 мая 2021 г.

Руководитель органа
по аккредитации Республики Беларусь
директор государственного
предприятия "БГЦА"



Е.В. Бережных

БГЦА – подписант:

EA BLA (испытания, калибровка, сертификация продукции, систем менеджмента, персонала);

ILAC MRA (испытания и калибровка);

IAF MLA (сертификация продукции, систем менеджмента, персонала).

Действие аттестата может быть приостановлено или отменено. Сведения о действительном (актуальном) статусе аттестата аккредитации и действительной (актуальной) области аккредитации содержатся в реестре Национальной системы аккредитации Республики Беларусь (www.bsca.by).

Приложение № 1 к аттестату аккредитации
№ ВУ/112 2.4808
от 03 июня 2016 года
на бланке № 0008539
на 3 листах
Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 03 июня 2021 года

Испытательной лаборатории Новополоцкого коммунального унитарного предприятия
«Жилищно-ремонтная эксплуатационная организация»

№ пунк- тов	Наименование объекта испытаний	Код	Характеристика объекта испытаний	Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к	
				объектам испытаний	методам испытаний
1	2	3	4	5	6
1.1 *	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В	27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000	Сопروتивление изоляции	ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1	МВИ.Гр 3385- 2020
2.1 *	Заземляющие устройства	27.90/ 22.000	Сопротивление заземляющих устройств с измерением удельного сопротивления грунта	ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.п.4.4.28.6; 4.3.8.2 СН 4.04.03-2020	МВИ.Гр 3386- 2020
2.2 *		27.90/ 22.000	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения	ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2	МВИ.Гр 3386- 2020
2.3 *		27.90/ 22.000	Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали	ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.п.4.4.28.5; 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5	МВИ. Гр 3387- 2020



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

28.05.2021

(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

Лист 1 Листов 3

1	2	3	4	5	6
3.1 *	Системы противодымной защиты зданий и сооружений	100.13/ 23.000	Расход воздуха, удаляемого через дымовые каналы непосредственное из помещений, коридоров на путях эвакуации	ТКП 45-4.02-273-2012 НПБ 23-2010 ТНПА и другая документация	НПБ 23-2010 раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79
3.2 *		100.13/ 23.000	Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации		НПБ 23-2010 раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79
3.3 *		100.13/ 23.000	Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур- шлюзах		НПБ 23-2010 раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79
3.4 *		100.13/ 23.000	Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации		НПБ 23-2010 раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79
4.1	Щепа топливная	16.10/ 08.052	Отбор проб	ТУ ВУ 10014588.003-2009	ГОСТ 15815-83 п.3.3. п.4.1
4.2		16.10/ 08.052	Массовая доля влаги		ГОСТ 4106-74, п.3.4
4.3	Дрова лесоматериалы круглые и колотые	02.20/ 08.052	Массовая доля влаги	СТБ 1510-2012	ГОСТ 17231-78 п.1
5.1 *	Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением)	100.13/ 23.000	Аэродинамические характеристики воздухопроводов: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления	ТНПА, проектная и эксплуатационная документация	ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.ГМ.1676-2018
		100.13/ 23.000	Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха)		МВИ.ГМ.1676-2018
		100.13/ 29.061	Геометрические размеры воздухопроводов и помещений		ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.ГМ.1676-2018



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

28.05.2021
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

Лист 2 Листов 3

1	2	3	4	5	6
6.1 *	Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением)	100.13/23.000	Аэродинамические характеристики воздухопроводов: - скорость потока; - расход воздуха	ТНПА, проектная и эксплуатационная документация	СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.ГМ.1676-2018
		100.13/23.000	Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха)		
		100.13/41.000	Наличие тяги		МВИ.ГМ.1676-2018
		100.13/29.061	Геометрические размеры воздухопроводов и помещений		СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.ГМ.1676-2018
7.1 *	Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций)	100.13/23.000	Аэродинамические характеристики газоходов: - скорость потока воздуха; - расход воздуха; - наличие тяги	СТБ 2039-2010, п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация	МВИ.ГМ.1676-2018
		100.13/41.000	Наличие тяги	СТБ 2039-2010, п.8.7	СТБ 2039-2010, п.8.7
		100.13/29.061	Геометрические размеры газоходов и отклонения газоходов от вертикали	Проектная и эксплуатационная документация	СТБ 2039-2010, п.5.1.3 (метод 1) МВИ.ГМ.1676-2018

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

* Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа
по аккредитации Республики Беларусь
директор государственного
предприятия «БГЦА»



Е.В. Бережных


подпись ведущего эксперта
по аккредитации

28.05.2021
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

Лист 3 Листов 3